

**POLIEDRO**

# Certificado de Calibração

n°: 20028118

Data da Calibração: 03-nov-2008

Ordem de Serviço: 00550908

Página 1 de 2

**Solicitante** POLIEDRO Comércio e Assistência Técnica de Aparelhos de Medição Ltda

## Sistema de Medição Calibrado

**Descrição:** Haste padrão

**Fabricante** Tesa

**Modelo:** 21.40022

**Identificação** PE-068

**Capacidade:** 525 mm

**Leitura:** \*\*\*

## Procedimento de Calibração

A barra padrão foi montada sobre duas mesas de medição c/ prismas de apoio na posição horizontal. A leitura foi executada em máquina de medição universal utilizando-se resolução de 0,0001 mm e pontas de contato específicas. Foram realizados 3 ciclos de medição conforme procedimento interno PR-0015 rev. 01

## Padrão Utilizado

**Descrição:** Máquina de medição universal

**Capacidade:** 1050 mm

**Identificação** PE 1000

**Certificado n°:** 80 223-101

**Calibrado em :** 03/07/2007

**Calibrado por:** I.P.T. (Credenciado no INMETRO sob n°: 003)

**Próxima Calibração:** 07/2010

**Incerteza da Calibração:**  $\pm 0,001$ mm

**Calibrado por:** Técnico Luciano Pizzolato


## Condições Ambientais da Calibração

**Temperatura:**  $20 \pm 1^\circ\text{C}$

**Umidade relativa do ar :**  $55 \pm 10 \%$

## Observações

1. Os Valores expressos são médias de três determinações.
2. Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam à amostra ensaiada.  
Declinamos de qualquer responsabilidade de uso indevido deste Certificado.
3. A incerteza de medição declarada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência  $K=2$ , fornecendo um nível de confiança de aproximadamente 95%.
4. Este Certificado não deve ser reproduzido parcialmente.



# Certificado de Calibração

nº: 20028118

POLIEDRO

Data da Calibração: 03-nov-2008

Ordem de Serviço: 00550908

Página 2 de 2

Solicitante POLIEDRO Comércio e Assistência Técnica de Aparelhos de Medição Ltda

## Resultados da Calibração

| Valor nominal<br>(mm) | Valor verdadeiro convencional<br>(mm) |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 525                   | 525,0010                              |

São Paulo, 3 de novembro de 2008

Engº Guillermo Flavio Pizzolato

Gerente da Qualidade

CREA nº 5060238830/D

POLIEDRO Comércio e Assistência Técnica de Aparelhos de Medição Ltda

Rua: Doutor Zuquim,935 - Santana - SP - CEP 02035-010

Fone(11)6976-6895/6283-5105 e-mail: poliedro@uol.com.br